

ΠΡΟΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

E-mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr

17 Μαΐου 2018

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση
Τ: 210 20 20 232
Φ: 210 20 20 775
E: info@mavrogenis.com
www.coloplast.gr
www.amoena.gr
www.mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο χλμ. Θεσ/κης-Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τ: 2310 420 302
Φ: 2310 472 155
E: thessaloniki@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΤΡΑΣ

Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τ1: 2610 462 070,
Τ2: 2610 435 075
Φ: 2610 462 071
E: patra@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τ: 2410 672 902
Φ: 2410 625 079
E: larisa@mavrogenis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΡΗΤΗΣ

Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγαρά
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο
Τ: 2810 280 310
Φ: 2810 280 310
E: iraklio@mavrogenis.com

ΘΕΜΑ: Υποβολή Παρατηρήσεων στη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών
για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ με CPV 33731110-7»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής σας με αρ. πρωτ. 15331/10-05-2018 για τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ με CPV 33731110-7», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ... όπως ... η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του»

Συνεπώς, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας, ως εξής:



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ»

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1	<u>ΣΕΤ</u> <u>ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ</u> <u>(ΚΑΛΩΔΙΑ &</u> <u>ΣΤΥΛΕΟΙ)</u>	Σετ ενδοδιαθερμίας διπολικής αποτελούμενη από καλώδια και στυλεό 25g συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του νοσοκομείου.	Σετ ενδοδιαθερμίας διπολικής αποτελούμενη από καλώδια και στυλεό 25g συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του νοσοκομείου STELLARIS PC NG
2	<u>Στυλεός</u> <u>Ενδοφωτοπηξίας</u> <u>LASER 23g</u>	Στυλεός Ενδοφωτοπηξίας μεταβλητής κυρτότητας συμβατός με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του Νοσοκομείου LASER 23g.	Στυλεός ενδο-laser, 23G, μιας χρήσης, μεταβλητού μήκους και γωνίας. Με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου μέσω ειδικού τροχίσκου που μετακινεί το στέλεχος και όχι την ίνα ενεργοποίησης του λέιζερ.
3	<u>Στυλεός</u> <u>ενδοφωτοπηξίας</u> <u>LASER 23g</u>	Στυλεός ενδοφωτοπηξίας μεταβλητής κυρτότητας με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του νοσοκομείου LASER 23g.	Στυλεός ενδο-laser, 23G, μιας χρήσης, μεταβλητού μήκους και γωνίας με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό. Με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου μέσω ειδικού τροχίσκου που μετακινεί το στέλεχος και όχι την ίνα ενεργοποίησης του λέιζερ.
4	<u>Στυλεός</u> <u>Ενδοφωτοπηξίας</u> <u>LASER 25g</u>	Στυλεός Ενδοφωτοπηξίας μεταβλητής κυρτότητας συμβατός με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του Νοσοκομείου LASER 25g.	Στυλεός ενδο-laser, 25G, μιας χρήσης, μεταβλητού μήκους και γωνίας. Με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου μέσω ειδικού τροχίσκου που μετακινεί το στέλεχος και όχι την ίνα ενεργοποίησης του λέιζερ.
5	<u>Στυλεός</u> <u>Ενδοφωτοπηξίας</u> <u>LASER 25g</u>	Στυλεός ενδοφωτοπηξίας μεταβλητής κυρτότητας με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του νοσοκομείου LASER 25g.	Στυλεός ενδο-laser, 25G, μιας χρήσης, μεταβλητού μήκους και γωνίας με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό. Με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου μέσω ειδικού τροχίσκου που μετακινεί το στέλεχος και όχι την ίνα ενεργοποίησης του λέιζερ.
6	<u>Ενδοφωτοπηξίας</u> <u>LASER 27g</u>	Στυλεός Ενδοφωτοπηξίας μεταβλητός μεταβλητής κυρτότητας συμβατός με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του Νοσοκομείου LASER 27g.	Στυλεός ενδο-laser, 27G, μιας χρήσης, μεταβλητού μήκους και γωνίας. Με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου μέσω ειδικού τροχίσκου που μετακινεί το στέλεχος και όχι την ίνα ενεργοποίησης του λέιζερ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΓΚΙΩΝΑΣ 1, Ν. ΜΕΣΣΑΠΟΛΗΣ Τ.Κ. 144 51

ΑΦΜ: 082525697 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 2020242 - FAX: 210 2020775

Πέτρος Κλαυκός
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων