

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ**

Η παρακάτω υπογεγραμμένη Επιτροπή που ορίστηκε με το υπ'αρ. 18/14-2-2018 απόσπασμα Ημερήσιας Απόφασης του Οφθαλμιατρείου Αθηνών και αποτελείται από τους:

- 1) Μπάτσος Γεώργιος
- 2) Γιαννίδης Παντελής
- 3) Ρήγας Αριστοτέλης

μετά από τη μελέτη των παρατηρήσεων και των προτάσεων των Εταιριών, που αντιπροσωπεύουν τα προσφερόμενα είδη, αποφάσισε να τροποποιήσει τις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:

1) Η κατηγορία με α/α 1 σετ ενδοδιαθερμίας διπολικής αποτελούμενη από καλώδια και στυλεό 25g συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του Νοσοκομείου γίνεται δύο υποκατηγορίες:

α/α 1α: σετ ενδοδιαθερμίας διπολικής αποτελούμενη από καλώδια και στυλεό 25g συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής τύπου constellation του Νοσοκομείου και

α/α 1β: σετ ενδοδιαθερμίας διπολικής αποτελούμενη από καλώδια και στυλεό 25g συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής τύπου stellaris του χειρουργείου.

2) Οι λοιπές προδιαγραφές παραμένουν ως έχουν, καθώς θεωρεί ότι αυτές καλύπτουν τους κανόνες διαφάνειας και ορθής διαγωνιστικής διαδικασίας και ενδεχόμενη τροποποίησή τους θα φωτογράφιζε κάποια από τα προϊόντα των συγκεκριμένων εταιριών. Τονίζει επίσης ότι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών γίνεται πάντα με τη δοκιμή των προσφερόμενων δειγμάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής:

1. Μπάτσος Γεώργιος
2. Γιαννίδης Παντελής
3. Ρήγας Αριστοτέλης